

グリセリン浣腸「オヲタ」 安全な浣腸処置のために（その2）

チューブ挿入の長さが適正でなかった為にストッパーが肛門内に入る。
また、チューブ抜去後肛門内または肛門部にストッパーが取り残される
事例が発生しております。

✓ 挿入時

ストッパーは肛門内まで挿入しないで
下さい。

✓ 抜去後

ストッパーが肛門内または肛門部
に取り残されてはいないか必ずご
確認下さい。

